



Zapytanie ofertowe

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data zapytania	02.09.2026 r.
Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego	Medic Park Sp. z o. o. Kolegialna 18, 09-402 Płock
Przedmiot zamówienia	stacjonarny koncentrator tlenu (przepływ do 5 l/min) do tlenoterapii, wykorzystujący technologię PSA, wraz z nawilżaczem, filtrami oraz wyposażeniem
Planowany termin realizacji (od - do)	02.09.2026 – 30.09.2026 r.
Termin przesłania oferty	na adres email natalia.lisowska@medicpark.pl do dnia 04.09.2026 godz. 12:00

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stacjonarny koncentrator tlenu przeznaczony do tlenoterapii, wykorzystujący technologię PSA do adsorpcyjnego oddzielania tlenu z powietrza, przeznaczony do użytku w warunkach ambulatoryjnych i domowych, dla pacjentów dorosłych oraz dzieci powyżej 3 roku życia, wraz z nawilżaczem oraz wyposażeniem.

Podstawowe wymagania techniczne:

- wyrób fabrycznie nowy, rok produkcji 2026, pochodzący od autoryzowanego dystrybutora/producenta
- stacjonarny koncentrator tlenu do tlenoterapii, wykorzystujący technologię PSA (adsorpcyjne oddzielanie tlenu z powietrza)



- przeznaczony do użytku w warunkach ambulatoryjnych i domowych, dla pacjentów dorosłych oraz dzieci powyżej 3 roku życia
- maksymalny przepływ tlenu min. 5 l/min
- stężenie tlenu 93% $\pm$ 3% w pełnym zakresie przepływu
- ciśnienie wylotu tlenu w zakresie min. 30–80 kPa
- poziom hałasu (ciśnienie akustyczne) poniżej 40 dB(A) – wartość typowa
- czytelny cyfrowy wyświetlacz oraz cyfrowy przepływomierz ułatwiający odczyt i ustawianie parametrów
- system alarmów sygnalizujących m.in.: spadek stężenia tlenu, brak zasilania, wysoką temperaturę, zbyt niskie ciśnienie, niski poziom napięcia oraz błąd regulacji przepływu
- wskaźnik czystości (stężenia) tlenu
- min. 9 poziomów filtracji powietrza; filtry wymieniane samodzielnie przez użytkownika, z łatwym dostępem do mycia i wymiany
- zintegrowany, uszczelniony pojemnik sitowy oraz wbudowany zbiornik tlenu
- zawór oczyszczający/przedmuchiujący azotem minimalizujący wydostawanie się pyłu z sita
- zabezpieczenie przeciwpożarowe – zintegrowana dysza/zawór ognioodporny blokujący rozprzestrzenianie się ognia
- tryb pracy ciągły
- zasilanie 230 V~, 50 Hz; zużycie energii poniżej 360 VA (typowe)
- niepewność pomiaru przepływu nie gorsza niż $\pm$ 3%; zabezpieczenie bezpiecznikiem (np. F5AL250V)
- mobilność: kółka jezdne z blokadą oraz uchwyt do przenoszenia; obudowa bez ostrych krawędzi
- nawilżacz (butelka nawilżacza z łącznikiem) w zestawie, oznaczony poziomami „Min”/„Max”; zakres przepływu butelki nawilżacza 1–5 l/min
- instrukcja obsługi oraz przewodnik „Szybki start” w zestawie
- wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, zgodny z rozporządzeniem MDR (Rozporządzenie (UE) 2017/745)
- gwarancja minimum 36 miesięcy (3 lata) oraz darmowe przeglądy w okresie trwania gwarancji (jeśli wymagane)

2. Warunki udziału w postępowaniu

☐ nie dotyczy

☒ dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

a) Autoryzowany dystrybutor/producent sprzętu

b) Rok produkcji urządzenia: 2026 (sprzęt fabrycznie nowy)

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynekowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie



któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

3. Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub na wzorze własnym firmy¹.
4. Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.
5. Złożone **oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania**.
6. Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.
7. **Kryteria oceny ofert.** Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

Nazwa kryterium	Waga
☒ Cena	0,65
☒ Termin realizacji zamówienia	0,05
☒ Okres gwarancji	0,20
☒ Inne: Autoryzowany dystrybutor	0,10

Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

8. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
10. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.
11. Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).
12. **Osoby do kontaktu**

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z Panią Natalią Lisowską, e-mail: natalia.lisowska@medicpark.pl, tel. 883 365 912

¹ wskaż właściwe



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy